

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Bù Đăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế Bù Đăng năm 2025**, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Địa chỉ: khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713.974.724

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị Lam – Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế Bù Đăng; Điện thoại: 0944.35.32.32; Email: trungtambudang@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: DS. Nguyễn Thị Lam – Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế Bù Đăng, địa chỉ: khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. **(gửi bản gốc)**

– Nhận qua email: trungtambudang@gmail.com **(bản excel và bản scan có đóng dấu)**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 06/02/2025 đến trước 10h00 ngày 17/02/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục trang thiết bị (Có phụ lục danh mục hàng hóa đính kèm).

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Địa chỉ: khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

3. Báo giá theo mẫu đính kèm, giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo hành và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72h sau khi hoàn tất các thủ tục mua sắm.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo các quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Hệ thống đấu thầu Quốc gia;
- Website của TTYT Bù Đăng;
- Phòng HCTH;
- Lưu VT, Khoa Dược-TTB-VTYT (L).

GIÁM ĐỐC



anh
BSCKII. Nguyễn Văn Thanh

Công ty.....
Địa chỉ:.....
MST:.....
SĐT:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Bù Đăng.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Bù Đăng, chúng tôi, ... (ghi tên hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp liên danh thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên doanh), báo giá cho các trang thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị và các dịch vụ liên quan:

ST T	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn giá đã bao gồm VAT (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										
Cộng: n khoản											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4, Mục I - Yêu cầu báo giá).

3. Chúng tôi cam kết:

– Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

– Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 13 /CV-TTYT ngày 05/02/2025 của Trung tâm Y tế Bù Đăng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/Cấu hình	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy rửa dạ dày (2 bình)	<p>Thông tin chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương <p>Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):</p> <p>Cấu hình:</p> <p>Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 bình nhựa 1lit/bình,- 2 xô đựng nước rửa 10 lít/xô- 3 dây silicon dài- 1 dây nguồn <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Nguồn điện : AC220V ± 20V, 50Hz ± 1Hz</p> <ul style="list-style-type: none">- Công suất đầu vào: ≤ 250VA- Áp lực rửa dạ dày: ≥ 2 lít/ phút- Lưu lượng hút: 350 – 450ml/ phút- Lưu lượng rửa: 250 – 350ml/ phút- Độ ồn: ≤ 65 dB(A) <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.- Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần- Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.- Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước.	Máy	01
02	Máy điện não (16 kênh EEG)	<p>Thông tin chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương <p>Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):</p> <p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 bộ khuếch đại điện não- 01 đèn Flash- 02 giá đỡ bộ khuếch đại và đèn Flash- 02 mũ gắn Điện cực điện não- 20 dây nối Điện cực điện não- 20 Điện cực điện não- 02 Điện cực kẹp tai- 02 dây nối cổng USB	Máy	01

		<ul style="list-style-type: none"> - 01 dây nối đất - 01 dây nguồn cho đèn Flash - 01 Phần mềm điện não cài cho máy tính <p>Thông số kỹ thuật: Số kênh điện não: 16 kênh Tốc độ lấy mẫu: 100HZ/kênh Độ chính xác mẫu: 12 Bit Chức năng chọn thêm: Video, 2 đạo trình ECG</p> <p>Đặc điểm chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được kết nối với hệ thống máy tính chạy hệ điều hành Windows - Có nhiều chế độ đo khác nhau: Đơn cực, lưỡng cực và chế độ đo tự chọn. - Phân tích kết quả và biểu thị dưới nhiều dạng đồ thị và hình ảnh khác nhau. - Lưu dữ liệu đo được vào máy vi tính - In kết quả trên khổ giấy A4 bằng máy in văn phòng <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: \geq 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. - Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. - Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước. 		
03	Máy điện tim 3 cần	<p>Thông tin chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương <p>Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):</p> <p>Cấu hình: Máy chính với màn hình \geq 5 inch và có sẵn phần mềm phân tích kết quả điện tim, 1 cổng LAN kết nối với máy tính, 2 cổng USB và phụ kiện chuẩn đi kèm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dây nguồn - 1 bộ chuyển đổi nguồn (AC adaptor) - 1 dây điện tim - 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su - 4 điện cực kẹp chi - 1 cuộn giấy ghi theo máy. Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm - 1 bút lau đầu máy ghi nhiệt - 1 pin sạc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ <p>Yêu cầu về kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện trở vào: \geq 50MΩ (tại 0.67 Hz) - Tính năng bảo vệ ngõ vào: chức năng bảo vệ chống sốc điện. - Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây - Tần số lấy mẫu : 500 mẫu / giây, 1.25 μv/LSB - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV 	Máy	01

		<ul style="list-style-type: none"> - Loại màn hình: màu LCD TFT (có đèn nền) - Độ phân giải: 800 x 480 điểm. - Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây - Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm <p>Yêu cầu về tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tương thích tiêu chuẩn quốc tế về máy điện tim IEC60601-2-25 - Máy điện tim 3 kênh kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim ECAPS 12C cho một lúc 12 đạo trình và phân tích khoảng 200 lỗi điện tim và theo 5 phân loại đánh giá bao gồm cả phân tích được sóng điện tim Brugada . - Máy có màn hình tinh thể lỏng 5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc, tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân gây ra lỗi khi đo - Có thể lưu được 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong, và có thể lựa chọn một phân để in và phân tích. - Lưu dữ liệu đo được vào máy vi tính - Được kết nối với hệ thống máy tính chạy hệ điều hành Windows <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: \geq 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. - Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. - Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước. 		
Tổng cộng: 3 khoản				